

医学院货物、服务类比价项目公告

一、项目基本情况

申购编号：202300176

项目名称： 磁力搅拌器

预算金额： 196000 元（人民币）

采购需求：

序号	项目名称	数量	技术参数（服务要求）简述	交货期（服务开始时间）	交货地点（服务地点）
1	磁 力 搅 拌 器	20	1、具有多参数显示操作面板 2、*仪器具有防误操作的锁定按钮， 3、最大搅拌量 ≥20L 4、最大转速范围≥ 1500 rpm 5、加热输出功率≥1000 W 6、最大控温温度 (盘面)≥500° C 7、仪器具有安全温度回路范围覆盖 100 - 650 ° C 8、具有外接温度传感器接口 9、仪器所支持的外接传感器温度控制精度 (500mlH2O 在 600ml 烧杯，40mm 搅拌子， 600rpm，50℃) ≤0.5 ±K	合同签订后 60 天内	西四-6 楼

			10、具有一体成型的玻璃陶瓷盘面，尺寸：≥180 x 180 mm 11、*仪器支持自动正反转，可自定义搅拌方向或选择自动正反转搅拌模式。 12、* 仪器支持间歇运转的搅拌模式模式。 13、* 仪器支持粘度变化趋势测量，可监测粘度变化趋势并在显示屏上显示。 14、*仪器具有定时器 / 计时功能，可控制加热、搅拌或加热搅拌。同时定时器具有蜂鸣功能。 15、仪器具有介质探头检测功能 16、* 仪器支持 RS 232 / USB 接口，可连接电脑用软件控制。		
2					

付款方式：验收合格后一次性支付

质保期/服务终止时间：≥10 年

二、申请人的资格要求：

（1）供应商具有独立承担民事责任的能力；

- (2) 供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (4) 在经营活动中没有重大违法记录。

三、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

四、文件提交

- 1、现场提交：上海市重庆南路 227 号 4 舍 321
- 2、电子邮件：yuanqing025@126.com
- 3、截止时间：2023-4-27

六、对本次比选提出询问，请按以下方式联系

名 称：上海交通大学医学院

项目联系人：袁老师、蔡老师

联系方式：63846590-776214、776465