

上海交通大学医学院 PARKER 氮气系统、吸干机及配套日立空压机的维保公告

一、项目基本情况

申购编号：F2023033

项目名称：上海交通大学医学院 PARKER 氮气系统、吸干机及配套日立空压机的维保

预算金额：121000 元（人民币）

服务地点：重庆南路 280 号

付款方式：收到发票后一次性支付

维保周期：1 年

采购需求：

序号	名称	固定资产编号	品牌型号规格
1	氮气发生器	02013472	Parker N2-20P
2.	日立空压机	02013472	HITACHI SRL-11

3.	干燥机	02013472	Parker OFAS HL
----	-----	----------	----------------

- 1 维护工程师对所有设备每 6 个月至少进行一次巡检，检查预防可能存在的安全隐患。
- 2 维修及维护保养服务中所有更换的零配件需是全新的并由原厂生产，如不是原产需要通知并协商。
- 3 若需更换耗材和备件，耗材及备件的提供不得大于3个工作日，维修更换不超过7个工作日。维修更换零部件的质量保证期不少于三个月。
- 4 在仪器维护过程中，因维护人员操作不当导致的仪器故障和损坏，由服务商负责赔偿并予修复。
- 5 服务商在电话报修 4 小时内做出维修响应，72 小时内到达现场进行故障诊断和维修。
- 6 现场服务工程师必须接受过相关仪器专业技术培训，具备相关仪器的维修和维护经验。
- 7 PARKER 氮气系统、吸干机及配套日立空压机的维保费用范围包括：
 - 1) 维修差旅工时费，维修备件费和备件运输费，保修服务。
 - 2) 每年不小于 2 次的年度预防性维护保养和仪器检验，保养服务。
- 8 PARKER 氮气系统、吸干机及配套日立空压机的维护保养内容包括但不限于：

- (1) 各类系统管线的检查确认;
- (2) 各类储罐的检查和压力检查;
- (3) 各类出气口的安全检查;
- (4) 各类耗材的磨损情况评估以及更换计划。

二、申请人的资格要求:

- (1) 供应商具有独立承担民事责任的能力;
- (2) 供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- (4) 在经营活动中没有重大违法记录。

三、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

四、文件提交

- 1、现场提交: 上海市重庆南路 227 号 4 舍 321

2、电子邮件：1610567098@qq.com

:

五、对本次比选提出询问，请按以下方式联系

名 称：上海交通大学医学院

项目联系人：徐老师、范老师 联系方式：63846590-776214、776457