

医学院货物、服务类比价项目公告

一、项目基本情况

申购编号：202300684&202300685

项目名称： 梯度 PCR 仪&冷冻离心机

预算金额： 55000&63800 元（人民币）

采购需求：

序号	项目名称	数量	技术参数（服务要求）简述	交货期（服务开始时间）	交货地点（服务地点）
1	梯度 PCR 仪	1	1、全彩色触摸显示屏，图形化程序编辑 2、铝质样品模块，适用 0.1ml/0.2ml PCR 管、8 联管及 96 孔无裙边、半裙边与全裙边 PCR 板 3、升降温速率：升温≤ 3.3℃/秒，降温 ≤ 1.5℃/秒	免税证明发放后 90 天内	上海市黄浦区重庆南路 280 号

		4、模块温控范围至少包含：4—99 ℃ 5、温控精确度：±0.15 ℃ 6、温度均一性：20-72 ℃时 ≤±0.2 ℃； 95℃时 ≤±0.3 ℃ 7、12 列梯度技术，梯度范围至少包含 1-30 ℃ 8、热盖可自动调节高度，适应不同耗材 9、至少具备 4 种温控模式：快速模式、中等模式、标准模式、安全模式，适用于不同类型的样品模板 10、内置自检功能，可以快速检测加热模块以及机器硬件的状态，并能生成相应的检测证书		
--	--	---	--	--

			11、具备原厂配套的温度验证系统，用于测定设备的升降温速度、温度均一性、温度准确性等参数		
2	冷冻离心机	1	1.最大相对离心力（rcf）$\geq 21,300 \times g$（15,060 rpm） 2.最大转子容量至少包含：24 $\times$ 1.5/2.0 mL 离心管，10 $\times$ 5 mL 离心管，96 $\times$ 0.2 mL PCR 管 3. 噪音水平：<54 dB(A) 4. 软刹车功能，防止重悬，保护敏感样品 5.单独的 Short 瞬时离心按键，且无需一直按 Short 键，便于快速离心 6.单独的 rpm（转速）/ rcf（相对离心力）	免税证明发放后 90 天内	上海市黄浦区重庆南路 280 号

			转换按键，便于操作 7.温控范围：-10 ° C 至 40 ° C 8.高效压缩机控制，提供 ECO 自动待机功能，优化制冷性能，延长压缩机使用寿命 10.冷凝水槽防止离心机腔体内冷凝水积聚，防止腐蚀		
--	--	--	--	--	--

付款方式：80%前期 LC，20%验收合格后 TT 或送货后 80%TT,验收合格后 20%TT（二选一）

质保期/服务终止时间：质保期≥1 年

二、申请人的资格要求：

（1）供应商具有独立承担民事责任的能力；

- (2) 供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- (4) 在经营活动中没有重大违法记录。

三、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

四、文件提交

1、现场提交：上海市重庆南路 227 号 4 舍 321

2、电子邮件：1610567098@qq.com

六、对本次比选提出询问，请按以下方式联系

名 称：上海交通大学医学院

项目联系人： 徐老师 王老师

联系方式： 63846590*776214 776787