

医学院货物、服务类比价项目公告

一、项目基本情况

申购编号：202300722

项目名称： 教学实验动物笼具

预算金额：120000 元（人民币）

采购需求：

序号	项目名称	数量	技术参数（服务要求）简述	交货期（服务开始时间）	交货地点（服务地点）
1	教学实验动物笼具	1	独立通气笼主机 1 台，主要材质为不锈钢和 ABS，可以连接 ≥ 2 个笼架，具有远程报警系统和无线数据管理系统，正负压可自由切换，单风机设计原理，进排气各一台风机； 126 位独立通气笼架一台，尺寸 $\leq 1600*900*2000\text{mm}$ ，换气次数：至少包含 0-99 次/小时可调， ≥ 75 次/小时； 动物饲养笼盒内噪音在 200Hz-80KHz 范围内噪音 $\leq 50\text{db}$ ，笼盒底面积 $\geq 500\text{cm}^3$ ，笼盒采用聚砜材料，高压	合同签订后__150__天内	西院六号楼

		灭菌温度最高可达 $\geq 134^{\circ}\text{C}$ 。具有断电保护功能：笼盖配置防停电窒息的生命窗，并覆盖微生物滤膜保护，生命窗尺寸 $\geq 100*150\text{mm}$ ，断电后小鼠可继续生存 ≥ 72 小时。笼盒送风方式：笼间供气均一性：各笼盒间换气次数均一，误差 $\leq 20\%$ ，笼架的进排气嘴阀的分管道分布为竖直设计，要求笼盒的进排气嘴均在笼盖上水平分布且阀门为非侵入式设计，在笼盒放入笼架位置时，笼架上的进排气阀不侵入独立通气笼盒内，且盒内动物水平的气流速度 $\leq 0.2\text{m/s}$ 。	
--	--	--	--

付款方式：验收合格后一次性支付

质保期/服务终止时间： $\geq$ __3__年

二、申请人的资格要求：

（1）供应商具有独立承担民事责任的能力；

- (2) 供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (4) 在经营活动中没有重大违法记录。

三、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

四、文件提交

- 1、现场提交：上海市重庆南路 227 号 4 舍 321
- 2、电子邮件：yuangqing025@126.com
- 3、截止时间：2023-11-6

五、对本次比选提出询问，请按以下方式联系

名 称：上海交通大学医学院

项目联系人：袁老师、周老师

联系方式：63846590-776214、776559