

## 医学院货物、服务类比价采购需求

### 一、项目基本情况

申购编号：202300809

项目名称：PCR 仪

预算金额：29000 元（人民币）

采购需求：

序号	项目名称	数量	技术参数（服务要求）简述	交货期（服务开始时间）	交货地点（服务地点）
1	基院-系(中心) 运行费	1	1.主要功能：能够完成基因扩增基本需求，对样本进行扩增、定性。 2.通量需求：96 孔模块×0.2ml 3.试剂耗材要求：支持试剂开放，耗材开放。支持 0.2ml 单管、八连排、96 孔板（全裙、半裙、无裙） 4.反应体系：最大可扩增 100μl 体系 5.模块升降温速度：≥5℃/s 6.升降温速度可调：0.1~5℃/s 7.温度均一性要求：≤0.2℃ 8.温度准确性要求：≤0.1℃ 9.模块温度设定范围：0~105℃	合同签订后 <u>10</u> 天内	西 5-607

		<p>10.梯度功能：同时可运行 12 列温度，梯度温度可以实现<math>\geq 40^{\circ}\text{C}</math>的跨越</p> <p>11.显示屏：屏幕尺寸需<math>\geq 10</math>英寸</p> <p>12.热盖形式：自动压力调节</p> <p>13.可支持中间运行暂停功能，暂停期间温度保持不变</p> <p>14.时间、温度递增递减功能：有</p> <p>15.断电保护功能：有，断电恢复后可以自动接续扩增</p> <p>16.可连接手机或平板，进行远程设置程序、查看进度</p>	
--	--	--	--

付款方式：验收合格后一次性支付

质保期/服务终止时间： $\geq$  1 年

二、申请人的资格要求：

- (1) 供应商具有独立承担民事责任的能力；
- (2) 供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (4) 在经营活动中没有重大违法记录。

### 三、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

### 四、文件提交

- 1、现场提交：上海市重庆南路 227 号 4 舍 321
- 2、电子邮件：[yuangqing025@126.com](mailto:yuangqing025@126.com)

### 五、对本次比选提出询问，请按以下方式联系

名称：上海交通大学医学院

项目联系人：袁老师、包老师      联系方式：63846590-776214、776772