

医学院货物、服务类比价项目公告

一、项目基本情况

申购编号：202300562

项目名称：冷冻离心机

预算金额：130000 元（人民币）

采购需求：

序号	项目名称	数量	技术参数（服务要求）简述	交货期（服务开始时间）	交货地点（服务地点）
1	冷冻离心机	1	1. 最大相对离心力（rcf）不低于 $20,913 \times g$ （14,000 rpm） 2. 最大转子容量：不低于 4×750 mL 离心管； * 3. 噪音水平不高于 56 dB(A) 4. 具备自动识别转子、限速控制和转子失衡控制等功能，确保离心安全	免税证明发放后 90 天内	上海市黄浦区重庆南路280号7号楼

5. 可选择程序记忆功能，最多存储 35 个用户程序

* 6. 具有 QuickLock® 快速锁定转子盖，仅需旋转 1/4 圈即可快速、可靠地锁紧或打开转子盖

* 7. 转子使用寿命不低于 100,000 次

8. 铝合金材质转子，导热性好，保护温度敏感性样品

9. 可选配 5 ml Ep 固定角转，离心力不小于 $20,913 \times g$

10. 具有 10 个加速档和 10 个刹车档，保护敏感样品，防止样品重悬

* 11. 设备自动识别不同转子，自动识别转子是否失衡，并进行限速控制

12. 具有定速计时功能，达到预定转速后才开始倒计时，提高离心重复性

* 13. 具有气密性转子盖，可高温高压灭菌

		<p>14. 温度范围：-9 °C 至 40 °C</p> <p>15. 具有快速制冷功能，只需 15 分钟即可预冷腔体</p> <p>16. 具有待机冷却功能，离心机盖关闭的状态下保持设定温度</p> <p>17. 所有转子在最高转速时，均可维持在 4 °C</p> <p>* 18. ECO 自动待机功能，8 小时无使用后自动关机，降低能耗，延长压缩机使用寿命</p> <p>* 19. 内置冷凝水槽，避免水珠积聚，防止腐蚀</p>		
--	--	--	--	--

付款方式：80%前期 LC，20%验收合格后 TT 或送货后 80%TT,验收合格后 20%TT（二选一）

质保期/服务终止时间：质保期≥1年

二、申请人的资格要求：

- (1) 供应商具有独立承担民事责任的能力;
- (2) 供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- (4) 在经营活动中没有重大违法记录。

三、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

四、文件提交

- 1、现场提交：上海市重庆南路 227 号 4 舍 321
- 2、电子邮件：1610567098@qq.com

六、对本次比选提出询问，请按以下方式联系

名 称：上海交通大学医学院

项目联系人： 徐老师 朱老师 联系方式： 63846590*776214 776560