

2023年2月实验室安全检查月报

在2023年2月22日开展的全院安全检查中，发现以下几方面安全隐患，具体如下：

序号	隐患问题	要求	责任部门
1	少数气体钢瓶未挂牌、未固定	气瓶应合理固定；确认“满、使用中、空瓶”三种状态	
2	部分高压锅使用未及时登记	压力容器实行使用登记制度，及时填写使用登记表	
3	部分紧急喷淋和洗眼装置未定期维护/记录	经常擦拭洗眼喷头，无锈水脏水，有检查记录（每月启动一次阀门，时刻保障管内流水畅通）	
4	危化品台账记录不规范（部分使用记录领用人、保管人没有双人签字）	建立实验室危险化学品动态台账	

请各相关单位责任人尽快组织各实验室落实好整改工作，及时消除安全隐患，有效防范和坚决遏制各类实验室安全事故发生。

资产管理处

2023.03.02