

医学院货物、服务类比价项目公告

一、项目基本情况

申购编号：202300290、295、296、306

项目名称：包埋仪等

预算金额：321600 元（人民币）

采购需求：

序号	项目名称	数量	技术参数（服务要求）简述	交货期（服务开始时间）	交货地点（服务地点）
1	包埋仪	1	1. 模块化组织包埋系统包括两个独立的产品:包埋机热台和包埋机冻台，可以灵活地按照实验室需求灵活安排包埋工作流程。 2. 包埋机热台操作简单且控制	合同签订后__30__天内	西四-3 楼

			精确。运行温度：50° C 到 75° C，可拆卸式托盘：约 150 个包埋盒，蜡缸：最大 4 L，环境运行温度： 20° C 至+ 30° C。 3. 包埋机冻台具有超大工作表面的冷台，可容纳多达 65 个包埋盒。冷却效率非常重要，因此冷台采用了环境自适应控制模块设计，以确保操作温度稳定在 -6 °C。		
2	制冰机	1	1.制冰量：130kg/天，碎花型，温度范围：5 到 35 度；		西四-3 楼

3	快速湿转仪	1	1 仪器有两个通道,通道间独立,可同时转两片胶; 2 转膜时间: 9-15 分钟完成 10-300KD 蛋白的快速湿转; 3 数据存储: 记录器支持循环记录、数据存储、操作界面,软件纯中文界面,使用方便; 4 灵敏度: 最小蛋白转膜灵敏度为 7KD; 5 温控系统:自动温控系统,无需担心温度过高而导致 PAGE 胶的低效转膜或失败; 6 机器材料: ABS,PP,不锈钢,硅		西四-3 楼
---	-------	---	--	--	--------

			胶; 7 工作环境温度: 15-40℃;		
4	全自动化学发光 图像分析系统	1	1.CCD 相机: PHOTO METRICS 定制版; 2.感光芯片: SONY ICX 695; 3.硬件像素: 6.0MP; 4.制冷温度: -60℃; 5.感光效率: >75%; 6.暗电流: <0.0001; 7.线性范围: 16 Bit (0-65535); 8.像素合并: 1×1, 2×2, 3×3, 4×4, 5×5; 9.电动镜头: F0.8;		西四-3 楼

			10 成像面积: 16×16 cm; 11.机箱尺寸: 35×55×40 cm;		
--	--	--	---	--	--

付款方式: 验收合格后一次性支付

质保期/服务终止时间: ≥__1__年

二、申请人的资格要求:

- (1) 供应商具有独立承担民事责任的能力;
- (2) 供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- (4) 在经营活动中没有重大违法记录。

三、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

四、文件提交

1、现场提交：上海市重庆南路 227 号 4 舍 321

2、电子邮件：yuangqing025@126.com

3、截止时间：2023-5-10

五、对本次比选提出询问，请按以下方式联系

名 称：上海交通大学医学院

项目联系人：袁老师、范老师 联系方式：63846590-776214、776457