

医学院货物、服务类比价项目公告

一、项目基本情况

申购编号：202300141

项目名称：胚胎观察显微镜

预算金额：79000 元（人民币）

采购需求：

序号	项目名称	数量	技术参数（服务要求）简述	交货期（服务开始时间）	交货地点（服务地点）
1	胚胎观察显微镜	1	技术要求： 显微镜部分 1 光学系统：平行（变焦）光学系统 2 照明：卤素灯光源 *3 变焦比：≥8:1 *4 目镜：10 倍（视场≥22mm），双目屈光度均可独立调节 *2.8 工作距离：≥78mm 2.9 底座：透射底座 恒温板部分： 1 温板：配置可调节温板 2 温度控制方法：PID 控制	合同签订后 30 天内	上海市浦东新区锦尊路 115 号

		3 递增/递减量: $\leq 0.1^{\circ}\text{C}$ 4 最高温度设置: $\geq 60.0^{\circ}\text{C}$ 5 最低温度设置: $\leq 0.0^{\circ}\text{C}$ 6 可控温度: $\geq \text{室温} + 5^{\circ}\text{C} \sim 60.0^{\circ}\text{C}$ (TPI-UNIX: $\sim 50.0^{\circ}\text{C}$) 7 温度精度: $\leq 0.1^{\circ}\text{C}$ 以内 8 温度传感器: 铂电阻温度检测器	
--	--	---	--

付款方式: 100%验收合格后支付。

质保期/服务终止时间: 大于等于 24 个月

二、申请人的资格要求:

- (1) 供应商具有独立承担民事责任的能力;
- (2) 供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- (4) 在经营活动中没有重大违法记录。

三、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

四、文件提交

1、现场提交：上海市重庆南路 227 号 4 舍 321

2、电子邮件：yuangqing025@126.com

3、截止时间：2023-4-6

六、对本次比选提出询问，请按以下方式联系

名 称：上海交通大学医学院

项目联系人：袁老师、汪老师

联系方式：63846590-776214、38452620