

医学院货物、服务类比价项目公告

一、项目基本情况

申购编号：202300280/202300282

项目名称： 水平电泳系统（套装）/双槽基因扩增仪

预算金额：8000 / 38900 （总计 46900）元（人民币）

采购需求：

序号	项目名称	数量	技术参数（服务要求）简述	交货期（服务开始时间）	交货地点（服务地点）
1	水平电泳系统（套装）	1	（1）电泳槽及制胶器 电泳槽承载凝胶的最大面积： 8×10.5cm 制胶托盘种类： 8×5 cm 8×10.5 cm 最大电压负荷： 250 V 容纳缓冲液最大体积： 400 ml 外型尺寸（L×W×H）： 28×12.5×6.5cm； （2）电泳仪 电压： 5~600 V，递增单位： 1 V	合同签订后__7__天内	上海市重庆南路227号健康所1号楼5楼504室

			电流：5~800 mA，递增单位：1 mA 定时：0~999 分，递增单位：1 分钟		
2	双槽基因扩增仪	1	1.样品支持类型:48x2x0.2ml, 铝合金模块 2.适用单管, 8 连管 3.温度准确度 $\leq \pm 0.1^{\circ}\text{C}$ 4.模块控温精度 $\leq \pm 0.1^{\circ}\text{C}$ 5 模块温度均匀性 $\leq \pm 0.3^{\circ}\text{C}$ 6 最大升温速率 $\geq 5^{\circ}\text{C/s}$ 7.最大降温速率 $\geq 5^{\circ}\text{C/s}$ 8 模块温度设置范围 0-105 $^{\circ}\text{C}$ 9.热盖温度设置范围:30-105 $^{\circ}\text{C}$, 可开关 10.主动抑制非特异性扩增 11.最低可设置 0 度冷藏 12.高管、矮管、平顶管、圆顶管等自适应 13.实验中运行日志可记录、保存、导出 14.语言中英自由切换, 软件免费升级	合同签订后__30__天内	上海市重庆南路227号 健康所1号楼5楼504室

付款方式：验收合格后一次性支付

质保期/服务终止时间： $\geq$ __1__年/ $\geq$ __5__年

二、申请人的资格要求：

- (1) 供应商具有独立承担民事责任的能力；
- (2) 供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (4) 在经营活动中没有重大违法记录。

三、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

四、文件提交

- 1、现场提交：上海市重庆南路 227 号 4 舍 321
- 2、电子邮件：yuangqing025@126.com
- 3、截止时间：2023-5-16

五、对本次比选提出询问，请按以下方式联系

名 称：上海交通大学医学院

项目联系人：袁老师、李老师 联系方式：63846590-776214、771057