

医学院货物、服务类比价项目公告

一、项目基本情况

申购编号：202300353

项目名称：小动物监护仪

预算金额：115000 元（人民币）

采购需求：

序号	项目名称	数量	技术参数（服务要求）简述	交货期（服务开始时间）	交货地点（服务地点）
1	小动物监护仪	1	<ol style="list-style-type: none">1. 无创的方式监测大小鼠心电、心率、呼吸速率、直肠温度、血氧饱和度等参数，为小动物实验提供一个开放式维护生命体征的平台2. 金属材质加热板可为实验动物加热保温，同时固定有大小鼠无创心电电极3. 心电电极：同时提供三组电极，一组大鼠心电电极、一组心电电极以及一套外接针式电极；用户可根据实验选择使用4. 心电设定：可通过显示器设定小动物仰卧俯卧等不同体位5. 加热：多区域控制反馈加热，各区域	合同签订后 60 天	上海市浦东新区锦尊路 115 号

		<p>温差<0.5℃，室温下加热启动时间<2分钟，可快速达到实验温度要求</p> <p>6. 温度设定范围：25-43.5℃，上升梯度为0.1℃</p> <p>7. 直肠温度探头：0-50℃，分辨率0.1℃，稳定性±0.1℃</p> <p>8. 显示：专用触屏实时显示各项生理指标，可同时显示心电图波形图以及心率等数值</p> <p>9. 心率测量范围：60-999BPM</p> <p>10. 呼吸速率范围：15-400BrPM</p> <p>11. 心电图：可选择 Lead I, II, III, aVL, aVR, aVF</p> <p>配置要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 监护仪加热板 1 个 2. 触屏平板电脑 1 台 3. 直肠温度探头 1 个 4. ECG 电极乳 1 瓶 5. 外接 ECG 电极 1 套 		
--	--	--	--	--

付款方式：100%验收合格后支付。

质保期/服务终止时间：大于等于 12 个月

二、申请人的资格要求：

- (1) 供应商具有独立承担民事责任的能力；
- (2) 供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (4) 在经营活动中没有重大违法记录。

三、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

四、文件提交

- 1、现场提交：上海市重庆南路 227 号 4 舍 321
- 2、电子邮件：yuangqing025@126.com
- 3、截止时间：2023-5-18

六、对本次比选提出询问，请按以下方式联系

名 称：上海交通大学医学院

项目联系人： 袁老师、汪老师

联系方式： 63846590-776214、38452620